MANUAL DE USO

cavither

ultracavitador de alta potencia

GOGROUP

electromedicina | electroestética

cavither

Introducción 4
Cavitación 4
Indicaciones 4
Contraindicaciones 4
Efectos colaterales 5
Presentación del equipo 5
Configuración 8
- Modo manual 8
  - Tiempo 8
  - Modo 9
  - Potencia 10
- Modo programas 12
- Modo personal 13

Tratamiento 14
- Preparación 14
- Técnica de medición 14
- Potencia a utilizar 15
- Tiempo de aplicación 16
- Consejos pre y pos-trat... 17

Normas de seguridad 17
Maniobras y zonas de tratamiento 18
- Abdomen 18
- Pierna 20
- Brazo 21

Limpieza 21
Preguntas frecuentes 22
Especificaciones técnicas 24

INTRODUCCIÓN

CAVITHER es un sistema de excelencia que combate la adiposidad localizada y la celulitis reduciendo el contorno corporal. Es la generación de microburbujas de vacío dentro del tejido por la aplicación de un cabezal que produce ultrasonido de baja frecuencia, 40 KHZ y alta potencia, mayor a 40w lo que define su capacidad diferencial: tratar de manera selectiva el tejido graso provocando la ruptura del adiposito sin dañar tejidos adyacentes.

CAVITACIÓN

"La cavitación es una técnica eficaz para combatir la grasa localizada, con resultados que pueden llevar a la pérdida de centímetros"
A través de vibraciones eléctricas que superan el campo auditivo es posible obtener cavitación. Se trata de un fenómeno mediante el cual los ultrasonidos irradian dentro de los líquidos. En este caso, las vibraciones actúan en el panículo adiposo, forman microburbujas de vapor que, bajo la carga de presión externa, generan una implosión provocando la ruptura de las membranas de los adipositos (nanoemulsificación) y liberando los triglicéridos acumulados.
De forma natural y fisiológica el organismo se ocupa de eliminar los triglicéridos contenidos y los desechos celulares a través del sistema urinario, linfático y las heces.

INDICACIONES

- Adiposidad localizada
- Celulitis
- Reducción
- Modelación Corporal

CONTRAINDICACIONES

- Hipercolesterolemia enfermedad hepática o renal.
- Embarazo o lactancia.
- Prótesis metálicas, aparatos auditivos, marcapasos.
- Insuficiencia cardiaca severa.
- Cardiopatías.
- Parkinson.
- Úlceras gástricas.
- Cinturón gástrico.
- Flebitis o tromboflebitis.
- Zona lumbar, durante el periodo menstrual.
- Fracturas recientes.
- Cáncer y tumores.
- Pacientes trasplantados.

EFECTOS COLATERALES

- Picazón u ardor pasajero durante la sesión.
- Edema y eritema transitorio en la zona tratada.

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

El quipo trabaja por medio de acoplamiento de ondas producidas por una pieza de cristal piezoeléctrico ubicado en el cabezal. Su acción principal es la de transformar la energía eléctrica en ondas mecánicas que se propagan hacia el interior del tejido. Como el aire no conduce bien el ultrasonido, utilizaremos un gel neutro para que la conducción sea óptima.



1. Cabezal aplicador.
2. Porta mango
3. Display Gráfico: Permite visualizar los menúes y la configuración del equipo.
4. Control Único Digital: Esta rueda digital nos permite desplazarnos en las distintas direcciones de cada menú.
Cuando queremos entrar en una opción, presionamos la rueda (que también funciona como botón), giramos para seleccionar el valor que queremos y volvemos a presionar para salir del mismo.



CABEZAL APLICADOR

El cabezal de aplicación es él que entra en contacto con el cuerpo del paciente.

Consiste en un aplicador ergonómico de resina acetal con cabezal de acero inoxidable. El diámetro de la platina es de 5 cm. El cabezal posee un piezoeléctrico de alta calidad que permite una radiación de la onda de ultrasonido en forma homogénea en toda la superficie.

CONEXIÓN DEL CABEZAL

En el frente del equipo se conecta el cabezal aplicador.
La ficha de conexión posee una muesca que se debe hacer coincidir con la del equipo y presionar.

COLOCACIÓN DEL PORTAMANGO



Retirar la lámina plástica que proteje el porta mango.



Colocar el acrílico porta mango en la guía tal como lo indica la figura.
Ejercer una leve presión hasta hacer coincidir los orificios para los tornillos.



Colocar los tornillos phillip y arandelas plasticas sin ejercer demasiada presión, como lo indica la figura.

ENCENDIDO



El encendido se realiza mediante una llave situada en la parte posterior del equipo. Una vez prendido, la pantalla se iluminará dando lugar a la carga del sistema.

CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED

⚠ Verifique que la tensión y frecuencia de su equipo correspondan con la del país en que va a ser utilizado.
Alimentación: 220 VCA 50/60 Hz.

⚠ Los aparatos de la Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas.

CONFIGURACIÓN

Una vez encendido y conectados los cabezales al equipo, se prende la pantalla. La primera opción se refiere a la modalidad de uso: Manual, Programas y Personal
El operador seleccionará de acuerdo a su experiencia. Para operadores nuevos, recomendamos utilizar la modalidad PROGRAMAS.

MODO MANUAL

CAVITHER es un sistema microcontrolado de alta tecnología, que permite variar todos los parámetros de la onda.



Seleccionamos y presionamos para entrar.
En esta modalidad todos los parámetros son configurados por el usuario.
Estos valores determinan la onda de ultrasonido que se aplica al cabezal del equipo.

MANUAL > CONFIGURACIÓN

Nos desplazamos por los parámetros moviendo la rueda digital.
Una vez seleccionada la opción que se quiere variar, presionamos para entrar. El recuadro elegido cambiará de color, fondo blanco y letras azules. En este momento giramos la rueda y cuando se haya encontrado el valor correcto presionamos sobre el control para salir de este parámetro. Siguiendo de este modo, realizamos la configuración del equipo

TIEMPO

Selección de la duración del tratamiento, en minutos. Varía de 1 a 30 minutos.

MODO

Hace referencia al modo de emisión de la energía, CONTINUA o PULSADA en el tiempo.

Modo continuo
Se refiere a una emisión ultrasónica ininterrumpida en el tiempo. Este tipo de emisión produce calor constante en el tejido no pudiendo enfriarse hasta quitar la emisión. Por esta razón **si elevamos la potencia se corre el riesgo de producir quemaduras. Esta modalidad no es recomendada cuando se aplica alta potencia, mayor al 60 %.**

Modo pulsado
Es una terapia de efecto no térmico que introduce lapsus entre cada emisión ultrasónica. La emisión pulsada permite descender la temperatura que provocan las ondas ultrasónicas en los tejidos entre las fases de emisión. Por eso pueden aplicarse mayores potencias de emisión ultrasónica sin causar daños por temperatura en los tejidos.



Durante el tiempo A se emite la energía, y durante el tiempo B se genera una pausa. Esto se repite periódicamente durante el tiempo de sesión.
Cuanto mayor es el tiempo A mayor es el calor generado y por ende también la percepción del paciente. De modo que en una modalidad pulsada con tiempo A corto y B largo se necesitará alargar el tiempo de sesión para lograr iguales resultados porque el calor generado es menor que los que se obtienen con la modalidad continua.

EMISION	A (seg)	B (seg)
PULS-1	0.5	0.5
PULS-2	1.0	1.0
PULS-3	1.5	0.5
PULS-4	0.5	1.5

POTENCIA

Varía de 0 a 100 %, en pasos de 10 %, esto permite ajustar de manera precisa la intensidad de emisión.

PARA FINALIZAR

Una vez configurados todos los parámetros seleccionamos ACEPTAR y presionamos.





El equipo nos da la opción de guardar la configuración en su memoria interna. Si seleccionamos Sí, se abrirá una lista para seleccionar el lugar de memoria donde guardamos la configuración. Si un lugar de memoria, llamado PERSONAL está ocupado con otra configuración anterior, se indica por un recuadro pintado de blanco. En este caso se podrá guardar la configuración reemplazando la anterior. Una vez seleccionado el lugar de memoria, el equipo la guarda y permite pasar a la pantalla final con la que iniciaremos la sesión.

PANTALLA FINAL

Esta pantalla nos muestra todos los parámetros seleccionados para la aplicación. Presionamos sobre COMENZAR para iniciar. Se mostrará en pantalla el tiempo restante.



1. **Potencia**: Indica el valor que aplica.
2. **Modalidad**: Manual, Programas o Personal.
3. **Tiempo**: Indica el tiempo que resta para finalizar la aplicación.
4. **Modo**: Indica el modo de emisión, Continua o Pulsada.
5. **Emisión**: Activa o En Pausa

⚠ La potencia puede ser variada durante la aplicación, moviendo el control. Siempre variar paulatinamente teniendo en cuenta la sensibilidad del paciente para no correr riesgo de quemaduras.

FIN

Cuando el Tiempo llega a cero, el equipo emite tres señales y muestra la pantalla de fin de sesión.

MODO PROGRAMAS



Esta modalidad de uso, nos permite seleccionar programas pre-configurados según la zona a tratar. Esta modalidad es recomendada para usuarios nuevos hasta que se familiaricen con el uso y con las funciones del equipo.

Una lista con los Programas automáticos se despliega.

Una vez seleccionado el programa, vemos la configuración del mismo.

Podemos seleccionar ACEPTAR y pasamos a la pantalla final o podemos variar cualquiera de los parámetros pre-configurados, como si se estuviera trabajando en la modalidad MANUAL.
Solo en el caso de que se haya variado alguno de los parámetros, el equipo detecta este cambio y nos pregunta si queremos guardar la configuración en la memoria del equipo, como se vio en la modalidad MANUAL.

RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA	TIEMPO	MODO	POTENCIA
Abdomen	15 minutos	Pulsado 3	60 %
Glúteo	15 minutos	Pulsado 3	80 %
Pierna	15 minutos	Pulsado 2	50 %
Brazo	6 minutos	Pulsado 1	30 %

MODO PERSONAL



En esta modalidad entramos en la memoria del equipo donde se almacenan las configuraciones personales guardadas por el usuario.



Se despliega una lista denominada PERSONAL que contiene los lugares de memoria.
Cada lugar de memoria está acompañado por un cuadrado que indica si esta vacío o lleno. Se podrá acceder solo a aquellas que estén llenas.

Seleccionamos y pasamos a la pantalla de configuración, donde se muestran los parámetros con los que se guardó.
Nuevamente, como se explicó en la modalidad MANUAL, podemos pasar directamente a la pantalla final presionando ACEPTAR.
También podemos realizar variaciones de los parámetros, y en este caso, antes de pasar a la pantalla final, el equipo nos consultará si queremos guardar los cambios.



En caso de querer VACIAR "todos" los lugares de memoria, presionamos sobre VACIAR y salimos de esta modalidad apretando sobre ATRÁS.

TRATAMIENTO

PREPARACIÓN

a. Materiales:
   Gel neutro, producto de limpieza, cinta métrica o plicómetro, marcador.
b. Registros fotográficos, se recomienda que las fotografías se tomen en el mismo ángulo, para observar los cambios antes y después del tratamiento.
c. Mediciones: Tomar registros con una cinta métrica, por ejemplo en el abdomen.
d. Limpiar el área de tratamiento con agua tibia o producto de limpieza.

TÉCNICA DE MEDICIÓN

Se registrarán 3 medidas. Para esto marcamos tres puntos en cuatro zonas, frente de cintura, laterales y parte posterior.



Primeramente, tomando el ombligo como centro, marcamos 3 puntos en cada zona: a nivel del ombligo, y 5cm. por arriba y por debajo del mismo. Los puntos permitirán luego tomar medidas de circunferencia.







Luego procedemos a registrar las 3 medidas de circunferencia. A nivel del ombligo, a 5 cm por debajo, y por arriba del mismo, tal como ilustra la imagen.
Una vez finalizado el tratamiento se procederá de igual modo para registrar los cambios.



POTENCIA A UTILIZAR

La potencia y los tiempos de aplicación a través del cabezal dependerán inicialmente del grosor del panículo adiposo de la zona a tratar, pero el ajuste deberá considerar también la sensibilidad del paciente. Es indispensable una comunicación fluida entre el profesional y el paciente a fin de ajustar los niveles adecuadamente tolerados.
El paciente percibirá un leve zumbido agudo debido a la aplicación de la onda de ultrasonido, este efecto suele ser bien tolerado por la mayoría de los pacientes, pero si esto produce molestia, se aconseja disminuir la potencia o utilizar modalidad pulsada. Tener en cuenta también que a mayor potencia, mayor es el calor producido y su percepción.
Es recomendable empezar con intensidad baja, alrededor del 30%.Podrá aplicarse mayores intensidades sobre aquellas zonas donde el panículo adiposo sea mayor.
Debe saberse que el usuario podrá subir o bajar la potencia durante la aplicación, sin pausar la emisión.
Los programas automáticos que proporciona el equipo, están establecidos por zonas del cuerpo pero los parámetros prefijados son sugeridos. En ningún caso son parámetros definitivos, por eso el profesional podrá modificarlos según su criterio.

TIEMPO DE APLICACIÓN

Tiempo por sesión: Una sesión puede demandar de 15 a 30 minutos dependiendo de la zona a tratar, para ello se recomienda aplicar 5 minutos en un área de 10 cm por 10 cm.
Puede tratarse hasta dos zonas por sesión teniendo en cuenta que la ultracavitación produce grasas en suspensión que deben eliminarse naturalmente.

Cantidad de sesiones: Se realizarán de acuerdo al criterio del profesional, pero podemos estimar un promedio de 10 sesiones, una vez por semana. El cuerpo debe tener el tiempo suficiente para eliminar naturalmente los desechos producidos.

⚠ Siempre utilice guantes de látex para realizar la aplicación.

⚠ Asegúrese de tener siempre gel neutro en abundancia entre el cabezal y la piel, a fin de evitar que la onda de ultrasonido se pierda en el aire y se transfiera incorrectamente.

⚠ Mantenga siempre en contacto íntimo con la piel toda la zona de apoyo del cabezal.

⚠ Es recomendable aplicar ultracavitación sobre un pliegue mayor a 3 cm. Para zonas donde el pliegue es menor, se recomienda la aplicación de ultrasonido convencional.

⚠ Con una mano se toma el cabezal y con la otra se comprime el pliegue adiposo sobre la platina de acero del cabezal.

⚠ El cabezal no puede permanecer en un lugar por mucho tiempo.

⚠ La velocidad de aplicación no puede ser demasiado rápida, la velocidad recomendada es de 1cm/seg.

⚠ Aumente la velocidad de aplicación o baje la Potencia para pacientes más sensibles. En este caso aumente la cantidad de sesiones.

⚠ Nunca deje que el cabezal emita en el aire, siempre ponga en PAUSA el equipo luego de una aplicación.

CONSEJOS PRE Y POS-TRATAMIENTO

1. Beber por lo menos dos litros de agua para emulsionar las grasas. Antes y después del tratamiento.
2. Realizar una buena evaluación al paciente, si hay dudas sobre la misma exigir un chequeo médico. Indicar al paciente la correcta hidratación el día previo y posterior a la sesión.
3. Luego del tratamiento es indispensable realizar un drenaje linfático para asegurar la eliminación de los desechos grasos.
4. Realizar una actividad aeróbica inmediatamente después de la aplicación, para que las grasas en suspensión no vuelvan a ser asimiladas por el organismo.
5. Para optimizar los resultados finales del tratamiento, esta terapia se combina con sesiones de electroestimulación y radiofrecuencia.
   La radiofrecuencia produce un calentamiento superficial que ayuda a movilizar la grasa emulsificada, favoreciendo así el drenaje linfático para disminuir los líquidos y las toxinas en el que se encuentran embebidos los adipocitos del tejido después de pasar por la cavitación.

NORMAS DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!
CUIDADO IMPORTANTE

Asegúrese de que el equipo esté conectado a tierra a través de un enchufe de suministro de energía con toma de tierra que cumpla con los códigos eléctricos nacionales y locales aplicables.

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario. No lo abra ni lo modifique. Ante cualquier desperfecto o falla consulte con el representante autorizado.

Los cabezales deben mantenerse en constante movimiento durante la aplicación. Pararlos sobre un solo punto puede causar reacciones adversas.

En ningún caso debe el paciente acusar sensación de quemadura. Si esto ocurriera, agrandar los círculos de aplicación y disminuir a la vez la intensidad y el tiempo del tratamiento. Utilice emisión pulsada, agregue medio de conducción o deslice el cabezal con mayor velocidad.

Este equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.

MANIOBRAS Y ZONAS DE TRATAMIENTO

ABDOMEN



Aplicar abundante gel neutro en la zona a tratar.



El cabezal se aplica inclinado a 45 grados sobre el plano del abdomen. Para evitar el roce con órganos internos nunca debe aplicarse el cabezal en forma perpendicular a la piel.
Con la mano contraria se ejerce compresión del pliegue adiposo sobre el cabezal.

Se desplaza el cabezal lentamente en forma circular, a razón de 1cm por segundo. El cabezal debe hacer contacto en toda su superficie con la zona a tratar.

Se trabajará a razón de 5 minutos por zona de 10 cm x 10 cm.

PIERNA

Antes de comenzar las operaciones, aplicar abundante gel neutro en la pierna. En esta zona, el cabezal se puede aplicar perpendicularmente. La mano que no sujeta el cabezal, realizará compresión del panículo adiposo hacia éste.

El mismo procedimiento se realizará sobre la pierna posterior superior.

Cabe destacar que la intensidad en zona de gemelos debe ser menor en comparación a la zona superior de la pierna.



BRAZO





Colocar gel neutro, y realizar la aplicación primero sobre la parte superior del brazo, y luego sobre la inferior. Siempre formar pliegue con la mano contraria al cabezal.

LIMPIEZA

- Para evitar el polvo, limpiar la carcasa con un paño humedecido en agua.
- No utilizar productos de limpieza corrosivos ni oleosos, como aguarrás o símiles.
- Al finalizar la sesión y antes de comenzar otra, limpie el cabezal con alcohol o con un paño suave embebido en una solución jabonosa, para eliminar cualquier resto de crema o producto.
- Cuando no utilice el cabezal, guárdelo limpio y seco.
- Se recomienda la limpieza del equipo en forma periódica dependiendo del uso.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿ES DOLOROSA LA CAVITACIÓN?
La cavitación nunca debe causar dolor.

¿ES NORMAL OÍR UN LIGERO ZUMBIDO EN SUS OÍDOS DURANTE LA SESIÓN?
Sí, algunos pacientes podrían detectar un zumbido leve durante su aplicación.

PUEDE SER UTILIZADO EN TODAS LAS PARTES DEL CUERPO?
No se puede aplicar en todas las partes del cuerpo. En ningún caso, se debe aplicar en cabeza, cara, cuello, pecho, tórax, ombligo, antebrazo, articulaciones, genitales, espalda, tobillos y glándulas linfáticas.

¿LA CAVITACION PUEDE REDUCIR EL PESO Y VOLUMEN?
La cavitacion elimina cúmulos de grasa, que tienen un peso, por consiguiente, su cuerpo pierde volumen.

¿ES EFICAZ EN EL SÍNDROME DE PIEL DE NARANJA?
Sí, es eficaz en el síndrome de piel de naranja, ya que destruye las células adiposas que causan la acumulación de grasa.

¿PUEDE SER UTILIZADO PARA ELIMINAR LAS ARRUGAS?
No, no ha sido diseñado para eliminar las arrugas.

¿DESPUÉS DE CUÁNTAS SESIONES SE VEN RESULTADOS?
Usted debe notar los resultados después de las primeras cinco sesiones, sin embargo los resultados pueden variar dependiendo de la persona.

¿HAY EFECTOS SECUNDARIOS?
Si el paciente es sano, no tiene efectos secundarios reportados, sin embargo, en algunas personas puede producir un enrojecimiento de la piel que puede durar alrededor de 2 horas.

¿ES NECESARIO COMBINAR CAVITACIÓN CON UNA DIETA ESPECIAL?
No, no es necesario seguir una dieta especial, pero una dieta equilibrada e hidratación adecuada es altamente recomendable.

¿CUÁNTA AGUA DEBO BEBER?
Es esencial hidratarse dos horas antes de la sesión de cavitación . También es recomendable beber más agua después de terminar una sesión.
La cantidad recomendada es de al menos 2 litros durante estos períodos, esto ayuda a eliminar toxinas.

¿ES NECESARIO COMBINAR CAVITACIÓN CON ACTIVIDAD DEPORTIVA?
No, esto no es estrictamente necesario, pero por lo menos 30 minutos de actividad física mejorará los resultados, ya que ayuda a drenar los líquidos.

¿QUÉ ACTIVIDADES DEPORTIVAS PUEDEN COMPLEMENTAR LA CAVITACIÓN?
La plataforma vibratoria es el complemento ideal debido a las cualidades de tonificación y drenaje. Pero si usted no tiene acceso a una plataforma, caminar, hacer bicicleta, nadar o cualquier otro ejercicio aeróbico durante al menos 30 minutos es muy útil.

¿CÓMO SE PUEDE POTENCIAR LOS EFECTOS DE LA CAVITACIÓN ?
Al combinar una dieta equilibrada con ejercicio físico regular.
Además de eso, masaje de drenaje también puede ser muy útil.

¿PUEDO REALIZAR CAVITACIÓN SIN APLICAR GEL?
Nunca, porque el gel actúa como un conductor para las ondas sonoras ultrasónicas hacia el cuerpo. Si usted no usa gel durante la aplicación pierde eficacia y el equipo puede verse seriamente dañado.

¿PUEDO APLICAR CAVITACIÓN EN PACIENTES EMBARAZADAS?
No. Nunca se debe realizar cavitación en pacientes embarazadas o que creen estarlo.

¿PUEDE REALIZAR CAVITACIÓN DURANTE LA LACTANCIA?
No realizar cavitación en pacientes durante la lactancia.

¿PUEDO APLICAR CAVITACIÓN DURANTE LA MENSTRUACIÓN?
El uso en la zona abdominal no es aconsejable durante la menstruación ya que puede causar aumento del sangrado. Sin embargo, se puede aplicar en otras áreas.

¿PUEDE LA CAVITACIÓN AFECTAR MIS NIVELES DE COLESTEROL?
La aplicación de cavitación puede aumentar sus niveles de colesterol.

PUEDE SER UTILIZADO CON ENFERMEDADES DE LA PIEL?
No debe utilizarse si el paciente sufre cualquier problema de la piel.

¿PUEDO APLICAR CAVITACIÓN SI EL PACIENTE POSEE IMPLANTE AUDITIVO ?
No aplicar en pacientes con dichos implantes colocados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Salidas**: 1
- **Aplicadores**: 1
- **Potencia máxima**: 90W.
- **Variación de potencia:** 0 a 100 % - Paso 10%
- **Paso**: 10%.
- **Tiempo**: 0 a 30´.
- **Frecuencias**: 40Khz.
- **Emisión**: Continua / Pulsada (4 modos).
- **Interfaz de usuario**: Display gráfico de 128x64.
- **Modos de operación**: 3. Manual, Programas, Personal.
- **Programas**: 4.
- **Memorias de usuarios**: 4.
- **Alimentación**: 220v – 50/60 Hz.
- **Consumo**: 110W
- **Clase**: I Tipo BF
- **Protección contra líquidos**: IPX0
- **Medidas**: 47 x 32 x 18 cm.
- **Peso**: 6 Kg.

Garantía de dos años para todo defecto de fabricación y /o mano de obra.

© Copyright. Todos los Derechos reservados.
Todos los gráficos que figuran en este Manual de Uso son propiedad de GO ELECTROMEDICAL GROUP S.A., está prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio o procedimiento.

GO ELECTROMEDICAL GROUP S.A., declina toda responsabilidad de posibles daños a pacientes, atribuibles al uso incorrecto del equipo o de no respetar las normas de uso especificadas.

Fabricado bajo norma internacional
de seguridad electrica IEC 60601

SÍMBOLOS	
	TIERRA PROTECTORA
	EQUIPO CLASE II
	EQUIPO TIPO B
	EQUIPO TIPO BF
	RADIACIÓN NO IONIZANTE
	ATENCIÓN, CONSULTE DOCUMENTACIÓN
	FECHA DE FABRICACIÓN
	FRAGIL
	ESTE LADO ARRIBA
	PROTEGER DE LA HUMEDAD

cavither

GOGROUP
electromedicina | electroestética

T. 0221 423 5687 / 423 3387

www.gogroup.com.ar
info@gogroup.com.ar